

ANEXO IV - DESCRIÇÃO DOS ITENS

Itens	produto	apresentação	quantidade	descrição técnica	OBSERVAÇÃO
1	Acetona PA	1 L	2		
2	Curativo p/ punção	unidade	15000		validade mínima 12 meses na data de entrega
3	Soro anti-D	fr c/ 10 ml	6		validade mínima 12 meses na data de entrega
4	Conjunto de coloração rápida	19	5	Conjunto contendo: A) dois corante nº 1 (2x500 ml), B) um corante nº 2 (500 ml) e C) um corante nº 3 para coloração diferencial rápida em hematologia	validade mínima 12 meses na data de entrega
5	Óleo de imersão	fr c/ 100 ml	5	óleo de imersão para microscopia	validade mínima 12 meses na data de entrega
6	VDRL	teste	2500	suspensão antigênica de cardiolipina, lecitina e colesterol, pronta para uso, para triagem sorológica da sífilis, acompanhado de controles positivo e negativo	validade mínima 12 meses na data de entrega
7	Waller rose	teste	300	teste de hemaglutinação rápido em lâmina para determinação do fator reumatóide em amostras de soro, kit com controles positivo e negativo e sensibilidade de 6 UI/ml	validade mínima 12 meses na data de entrega
8	Fator Reumatóide	teste	400	teste para determinação qualitativa e quantitativa do fator reumatóide, em lâmina, com controles positivo e negativo e sensibilidade de 20 UI/ml	validade mínima 12 meses na data de entrega
9	Proteína C reativa	teste	500	teste para determinação qualitativa e quantitativa em lâmina para detrminação da proteína C reativa em amostras de soro humano, kits com controles positivo e negativo e sensibilidade de 6 mg/L	validade mínima 12 meses na data de entrega
10	Albumina 22 %	fr c/ 10 ml	10	albumina bovina 22 %	validade mínima 12 meses na data de entrega
11	Lápis dermatográfico	unidade	20	10 cor preta e 10 cor vermelho	
12	Éter etílico	1 L	3	solução éter etílico PA	
13	Avental descartável	pc c/ 10	10	manga longa	
14	Swab	unidade	2000	swab estéril, embalado individualmente, com haste em madeira ou polipropileno	validade mínima 12 meses na data de entrega
15	Hidróxido de sódio	1000 g	1		validade mínima 12 meses na data de entrega
16	Saco autoclavável	pc c/ 20	4	40 L - 50 x 60 cm	
17	Fita indicadora de autoclavagem	unidade	2	19 mm x 30 m	
18	frasco urina 24 horas	unidade	50	2 L	frasco plástico com tampa de rosca
19	filtro bacteriológico 0,2 micro	unidade	2	compatível com osmose reversa Permution RO/0420	
20	filtro de carvão ativado	unidade	2	compatível com osmose reversa Permution RO/0420	
21	leito misto polidor CS 0350	unidade	2	compatível com osmose reversa Permution RO/0420	
22	membrana de osmose reversa 20 L/hora	unidade	2	compatível com osmose reversa Permution RO/0420	

ANEXO IV - DESCRIÇÃO DOS ITENS

Itens	produto	apresentação	quantidade	descrição técnica	OBSERVAÇÃO
23	Tubo com EDTA	unidade	6000	tubos para coleta a vácuo em vidro transparente, siliconizado, incolor, estéril com anticoagulante EDTA, com volume de aspiração de 3 ml, com tampa plástica hemogard. Medidas 13x75 mm	validade mínima 12 meses na data de entrega
24	Tubo com Fluoreto	unidade	6000	tubos para coleta a vácuo em vidro transparente, siliconizado, incolor, estéril com anticoagulante FLUORETO, com volume de aspiração de 3 ml, com tampa plástica hemogard. Medidas 13x75 mm	validade mínima 12 meses na data de entrega
25	Tubo com gel separador	unidade	6000	tubos para coleta a vácuo em vidro transparente, siliconizado, incolor, estéril com GEL SEPARADOR para soro e ativador de coágulo, com volume de aspiração de 3 ml, com tampa plástica hemogard. Medidas 13x75 mm	validade mínima 12 meses na data de entrega
26	berço p/ coloração	unidade	4		em vidro
27	pinça (*)	unidade	5	pinça de dissecação, ponta reta, 16 cm	
28	Teste treponêmico (*)	unidade	250	Teste de hemaglutinação em lâmina para detecção de anti- <i>Treponema pallidum</i>	validade mínima: 12 meses na data de entrega
29	Conjunto hematológico (*)	conjunto	10	Conjunto contendo: A) um galão (20 L) de solução eletrolítica balanceada, sem azida sódica, utilizada como diluente específico na contagem diferencial, determinação e distribuição de células sangüíneas; B) dois detergentes enzimáticos (1 L) osmometricamente balanceado, sem azida sódica, para ser utilizado em equipamento eletrônico automático sem interferência em resultados e C) um hemolisante (1 L) de eritrócitos, sem azida sódica, otimizado especificamente para preservação, leitura e contagem diferencial de leucócitos, linfócitos e na dosagem de hemoglobina, todos reativos de mesma marca e compatíveis com contador automático Advia-60.	cinco (5) com entrega imediata e cinco (5) com entrega programada de acordo com a solicitação do LAMAC, Validade mínima: 8 meses na data da entrega
30	<i>Chlamydia trachomatis</i> - IgA (*)	teste	504	Kit com 36 testes, ensaio imunoenzimático indireto (EIA) em fase sólida tipo pente, com controle interno individual, para detecção de anticorpos IgA	252 testes: entrega imediata; 252 testes: entrega mediante solicitação do LAMAC validade mínima: seis meses na data de entrega
31	<i>Chlamydia trachomatis</i> - IgG (*)	teste	720	Kit com 36 testes, ensaio imunoenzimático indireto (EIA) em fase sólida tipo pente, com controle interno individual, para detecção de anticorpos IgG	360 testes: entrega imediata 360 testes: entrega mediante solicitação do LAMAC validade mínima: seis meses na data de entrega

ANEXO IV - DESCRIÇÃO DOS ITENS

Itens	produto	apresentação	quantidade	descrição técnica	OBSERVAÇÃO
32	Glicose aromatizada (*)	300 ml	300	Frascos de glicose (75 g) aromatizada artificialmente.	150: entrega imediata e 150: entrega mediante solicitação do LAMAC validade mínima de oito meses a partir da data de entrega
33	Micropipeta (*)	unidade	4	mecânica monocanal volume variável 100 a 1000 ul com pistão interno em aço inox polido	
34	Micropipeta (*)	unidade	4	volume variável 10 a 100 ul com pistão interno em aço inox polido	
35	Micropipeta (*)	unidade	4	fixa 10 ul	
36	TAP (*)	teste	3000	kit para determinação do tempo de ativação da protrombina compatível com Coagulômetro CloTimer e com RNI	1500 testes: entrega imediata; 1500 testes: entrega mediante solicitação do LAMAC validade mínima: seis meses na data de entrega
37	Tubo com Citrato (*)	unidade	3000	tubos para coleta a vácuo em vidro transparente, siliconizado, incolor, estéril com anticoagulante CITRATO, com volume de aspiração de 3 ml, com tampa plástica hemogard. Medidas 13x75 mm	
38	pipetador automático (*)	unidade	2	elétrico	
39	Fita matricial	unidade	15		compatível com impressora Epson LX-300
40	Fita matricial	unidade	15		compatível com impressora Okidata Microline 320