



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Thiago Cordeiro <cot.lic@especifarma.com.br>
 Para: cot.lic@especifarma.com.br
 Cc: pregaorg@gmail.com

12 de novembro de 2019 09:59

Bom dia,


PODERIA ME INFORMAR QUANTOS FIOS SERIA A COMPRESSA E A GAZE QUEIJO POR FAVOR?

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
56	COMPRESSA DE GAZE C/500 UNIDADES (NÃO ESTÉRIL).	pct	50.000
84	GAZE TIPO QUEIJO	unid	4.000

Atenciosamente,

Thiago Cordeiro

Assistente de licitação Jr



Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 00.085.822/0001-12

Estrada da Pedra, Nº. 5.100 - Guaratiba

Rio de Janeiro/RJ. - CEP: 23.030-380

Telefone: (21) 2417-9700 Ramal: 252

E-mail: lic@especifarma.com.br

Site: www.especifarma.com.br



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

Para: Thiago Cordeiro <cot.lic@especificarma.com.br>

14 de novembro de 2019 14:23

Boa tarde, segue conforme solicitado:

"9 Fios"

Geovani Lima - Pregoeiro - 53 999458385 "funcional"

Em ter., 12 de nov. de 2019 às 09:59, Thiago Cordeiro <cot.lic@especificarma.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Dúvidas PE 82/2019

farmaceutico@sosmedicall.com.br <farmaceutico@sosmedicall.com.br>
Para: pregaorg@gmail.com

12 de novembro de 2019 16:34

Boa tarde,

Tenho dúvida em relação aos itens 118 ao 125. No anexo "referencia" descreve só como mascara laríngea, gostaria de uma descrição mais detalhada (silicone ou pvc), para escolher o item apropriado. Fico no aguardo e agradeço desde já.

Atenciosamente,





Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Dúvidas PE 82/2019

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>
Para: farmaceutico@sosmedicall.com.br

13 de novembro de 2019 09:58

Segue resposta conforme solicitado:

"Mascara laríngea MD em Silicone Estéril, reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras, possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote, possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa."

Geovani Lima - Pregoeiro - 53 999458385 "funcional"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 82/2019

Cruzel Comercial <cruzel@cruzel.com.br>
Para: Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

13 de novembro de 2019 14:18

Boa tarde!

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionado acima vem por meio deste e-mail solicitar esclarecimento. referente aos itens 118 à 125 de Máscara Laringea.
As máscaras solicitadas é reutilizável ou descartável?

No aguardo com urgência.
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Departamento Comercial



Tel. (11) 2768-4688 / 2305-0993

CNPJ: 19.877.178/0001-43

Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 82/2019

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>
Para: Cruzel Comercial <cruzel@cruzel.com.br>

14 de novembro de 2019 14:15

Boa tarde, conforme solicitado:

"Descartável"

Geovani Lima - Pregoeiro - 53 999458385 "funcional"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]