

ANEXO V – DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO
01	UN	01	<p>Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo B2 com Base Vazão 2270 M³/H</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe II Tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através de um filtro Hepa para o exterior através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro Hepa evitando sua fuga para o laboratório); - Projetada para trabalhos Classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO Classe 5 conforme Norma Internacional ISO 14.644-1; - Construída em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; - Gabinete de trabalho construído em aço AISI 304 (paredes, tampo da mesa, mesa e tela de proteção do filtro absoluto) evitando corrosão; - Com rodízios; - Alimentação: 220V; - Iluminação interna com lâmpada fluorescente; - Porta frontal em vidro temperado; - Alarme sonoro é ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20cm de abertura; - Lâmpada UV com faixa de 365nm

- ❖ **Observação obrigatória para habilitação da contratada que deverá constar na proposta financeira, os itens 1 e 2 e 3 na descrição técnica do equipamento.**
- **1 – A empresa vencedora deverá instalar o equipamento sem onus para esta Prefeitura.**
- **2 – Será necessário treinamento de no máximo de 1 turno/dia, para os funcionarios que irão operar o equipamento.**
- **3 – Deverá ser incluído, duto e motor externo para o funcionamento do equipamento.**