

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO (A)
COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO E PROPOSTAS
PREGÃO ELETRÔNICO 12022 UASG 988815
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

HILDON CHAVES inscrita no CNPJ nº 28.931.351/0001-35 com sede a Rua FRANKLIN MAGALHÃES 385nº 30, Bairro VILA SANTA CATARINA CEP: 04374-000- SÃO PAULO-SP por intermédio de seu representante legal, o Sr. HILDON CHAVES, portador da Carteira de Identidade nº 6.981.687-6 e do CPF nº 877.094.498-91, vem por meio deste, apresentar recurso para a decisão que sagrou qualificada a empresa : IDEALINE COMERCIAL EIRELI, apta a fornecer o equipamento solicitado no certame com o equipamento da marca STERMAX, Fabricante STERMAX, capacidade 21 litros – modelo DIGITAL FLEX, para o item 24.

DAS RAZÕES

O Equipamento solicitado , através do pregão eletrônico nº 1/2022 item 24 é descrito da seguinte maneira:

AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS PARA ESTERILIZAÇÃO HORIZONTAL BIVOLT COM CHAVE REVERSORA CONTROLE DE TEMPERATURA E PRESSÃO POR MANOMETRO ANALÓGICO INSTALADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM TRES BANDEIJAS INTERNAS REMOVIVEIS DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA MANGUEIRA PARA DRENAGEM DO VAPOR NA PARTE POSTERIOR DO EQUIPAMENTO O presente recurso é apresentado de forma clara e objetiva, a empresa recorrida informou uma descrição diferente a do edital como sendo:“Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Registro “e ofertou um equipamento da marca STERMAX, Fabricante STERMAX, capacidade 21 litros – modelo flex, conforme informações incluídas no site do portal de compras e no manual enviado.

Após análise verificamos que:

- A descrição do edital é clara quanto a capacidade do equipamento, 21 litros , a descrição informada pela arrematante é: autoclave com cerca de 20 litros pelo fato deste modelo da Stermax ter a capacidade volumétrica certificada pelo INMETRO DE 20,53 litros conforme informamos abaixo.

O CERTIFICADO DO INMETRO TAMBÉM INDICA QUE A CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO É MENOR QUE 21 LITROS CONFORME DESCREVO ABAIXO

Autoclave horizontal sem bomba de vácuo - Aço Inoxidável 304 - Família 1

AUTOCLAVE DIGITAL FLEX 21 LITROS -

Capacidade Volumétrica Real 20,53 L - Diâmetro Interno Câmara 248 mm - Espessura 1,5 mm

NR-13: Categoria V - Classe de Fluido C - Grupo Potencial de Risco 5

Autoclave horizontal sem bomba de vácuo - Aço Inoxidável 304 – Família

Diante do fato apresentado o equipamento ofertado pela empresa recorrida não atende o requisito

mínimo de capacidade volumétrica solicitado no edital, desta forma solicitamos a desclassificação da empresa IDEALINE COMERCIAL EIRELI .

São Paulo, 14 DE FEVEREIRO DE 2022

HILDON CHAVES

Fechar