

Segue resposta aos questionamentos:

QUESTIONAMENTOS

1. Quem será responsável para receber os pacientes no setor de imagem?
O técnico em raio-x.
2. Qual o % dos exames que necessitam de laudo emitido por médico radiológico?
Todos os exames realizados precisam ser laudados.
3. Serão realizados exames com contraste? Se sim, qual o % dos exames que serão contrastados?
Não, exames que necessitam de contraste serão encaminhados a Santa Casa.
4. Qual o sistema de gestão utilizado pela CONTRATANTE?
Desconhecemos um sistema de gestão interno na UPA. O que se trabalha é com o e-SUS.
5. O local de instalação estará de acordo com as normas vigentes (RDC50)?
Sim.
6. O pé direito tem no mínimo 2,70m?
Sim.
7. O piso/laje suporta minimamente 2000 kgs?
Sim.
8. A porta da sala de exames tem no mínimo 1,20m de abertura?
Sim, até mais.
9. O ambiente está adequado à proteção radiológica necessária para Radiologia?
Sim.
10. Possui ar condicionado?
Não. Mas se necessário é possível a instalação.
11. Possui 4 pontos de rede?
Sim.