



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2013, DE 06 DE SETEMBRO DE 2013.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL
HOSPITALAR - SMS**

RETIFICAÇÃO II

ANEXO IV - DESCRIÇÃO DO ITEM

Onde-se lê:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) CONTROLE DIGITAL, LINEAR E INDEPENDENTES PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. PESO E DIMENSÕES APROXIMADAS : A 16,5CM X L 38CM X P 38,7CM ; 12,60KG. VOLTAGEM 110/220V /50/60Hz. COM ACESSÓRIOS.	Unidade	1,0000

Leia-se:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) CONTROLE DIGITAL, LINEAR E INDEPENDENTES PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. PESO E DIMENSÕES APROXIMADAS : A 16,5CM X L 38CM X P 38,7CM ; 12,60KG. VOLTAGEM 110/220V /50/60Hz. COM ACESSÓRIOS.	Unidade	1,0000

Descrição Complementar

Potência 300w -carga 0hms, Blend 1:250W , CARGA Standard 120W - carga 300 Ohms, coagulação spray 120W. Potência bipolar . Freqüência corte 442 kHz - Senoidal, Blend 1:442kHz.Com aspirador de fumaça.. Funções eletrocirúrgicas acionadas por pedal duplo e também através de caneta de comando manual duplo para corte e coagulação. Possuir seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (110/220VAC).Possuir placas-paciente de retorno adesivas descartáveis com sistema de monitoração de contato, além de placa permanente de aço inox.Acompanhar acessórios em anexo.

Conformidade do Inmetro atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-2 na classificação CF e inclusive ao teste de interferência eletrônica.

Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação conforme determinação da RDC 59 da ANVISA.